


Laboratory Name: رصد

Alb - g/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Alb..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : 1.00


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	4.50	4.31	20	3.88	1.13	4.40	✓
2	1403/3/9	4.80	4.59	30	5.98	0.77	4.60	✓
3	1403/3/16	4.80	4.63	23	4.54	0.81	3.69	✓
4	1403/3/23	5.10	4.94	25	4.12	0.81	3.31	✓
5	1403/3/30	4.70	4.56	28	3.10	1.02	3.16	✓
6	1403/4/6	4.60	4.61	26	3.68	0.06	0.22-	✓
7	1403/4/13	4.90	4.77	26	3.62	0.75	2.70	✓
8	1403/4/20	4.90	4.79	31	4.19	0.57	2.38	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	4.60	4.50	25	3.89	0.55	2.15	✓
11	1403/5/10	4.50	4.43	24	4.21	0.36	1.53	✓
12	1403/5/17	4.60	4.62	32	7.07	0.06	0.42-	✓
13	1403/5/24	4.50	4.55	32	5.64	0.19	1.04-	✓
14	1403/5/31	4.70	4.63	25	5.04	0.28	1.42	✓
15	1403/6/7	4.40	4.42	24	3.46	0.15	0.51-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	4.40	4.61	24	4.31	1.07	4.62-	✓
18	1403/6/28	4.50	4.56	24	4.59	0.29	1.34-	✓

Laboratory Name: رصد

ALP - U/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - ALP..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : 3.51

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	188.00	171.43	23	11.27	0.86	9.66	✓
2	1403/3/9	158.00	156.55	29	9.74	0.09	0.93	✓
3	1403/3/16	194.00	194.61	24	12.16	0.03	0.31-	✓
4	1403/3/23	144.00	145.40	30	11.86	0.08	0.96-	✓
5	1403/3/30	207.00	190.95	33	11.72	0.72	8.41	✓
6	1403/4/6	182.00	164.33	27	9.31	1.16	10.75	✓
7	1403/4/13	176.00	161.79	28	7.39	1.19	8.79	✓
8	1403/4/20	174.00	157.93	36	7.96	1.28	10.17	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	205.00	183.31	29	7.03	1.68	11.83	✓
11	1403/5/10	188.00	169.38	29	8.67	1.27	10.99	✓
12	1403/5/17	196.00	180.49	32	5.25	1.64	8.59	✓
13	1403/5/24	172.00	159.23	35	8.76	0.92	8.02	✓
14	1403/5/31	107.00	149.46	24	7.04	4.04	28.41-	✓
15	1403/6/7	170.00	156.71	28	8.48	1.00	8.48	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	220.00	207.26	27	11.77	0.52	6.15	✓
18	1403/6/28	188.00	176.10	28	8.57	0.79	6.76	✓

اقدام اصلاحی

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه


خروج

Laboratory Name: رصد

ALT - U/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - ALT..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : 5.80

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	23.00	20.97	23	11.64	0.83	9.68	✓
2	1403/3/9	26.00	24.82	31	9.50	0.50	4.74	✓
3	1403/3/16	19.00	18.88	23	15.07	0.04	0.62	✓
4	1403/3/23	46.00	44.63	28	12.84	0.24	3.06	✓
5	1403/3/30	22.00	21.17	32	14.52	0.27	3.92	✓
6	1403/4/6	30.00	26.49	27	14.73	0.90	13.25	✓
7	1403/4/13	26.00	23.91	28	11.54	0.76	8.72	✓
8	1403/4/20	27.00	25.36	37	11.88	0.55	6.49	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	25.00	22.88	29	14.94	0.62	9.25	✓
11	1403/5/10	37.00	31.95	28	14.64	1.08	15.79	✓
12	1403/5/17	24.00	23.32	34	8.92	0.33	2.93	✓
13	1403/5/24	21.00	21.70	36	10.13	0.32	3.21-	✓
14	1403/5/31	32.00	25.17	25	12.43	2.18	27.15	✓
15	1403/6/7	20.00	19.51	26	8.82	0.28	2.50	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	73.00	58.19	26	29.33	0.87	25.45	✓
18	1403/6/28	30.00	26.74	27	7.88	1.54	12.17	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

✓

[صفحه گذاری.روش](#)

✓

[صفحه گذاری.روش](#)

🧪


[پانل آزمایشگاه](#)

➡

[خروج](#)

⏪

⏩



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -1.57


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	63.00	60.75	13	9.92	0.37	3.71	✓
2	1403/3/9	72.00	69.32	21	8.14	0.47	3.87	✓
3	1403/3/16	58.00	56.63	17	6.78	0.36	2.43	✓
4	1403/3/23	66.00	67.25	20	13.66	0.14	1.86-	✓
5	1403/3/30	69.00	69.57	21	7.25	0.11	0.82-	✓
6	1403/4/6	69.00	69.62	19	8.01	0.11	0.88-	✓
7	1403/4/13	71.00	71.00	20	10.85	0.00	0.01	✓
8	1403/4/20	68.00	67.91	28	10.20	0.01	0.13	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	64.00	67.30	21	8.32	0.59	4.90-	✓
11	1403/5/10	63.00	65.45	22	9.69	0.39	3.74-	✓
12	1403/5/17	59.00	59.80	25	11.48	0.12	1.34-	✓
13	1403/5/24	59.00	59.79	26	11.17	0.12	1.32-	✓
14	1403/5/31	50.00	67.04	18	11.13	2.28	25.42-	✓
15	1403/6/7	59.00	58.03	19	9.98	0.17	1.67	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	67.00	70.85	19	15.22	0.36	5.44-	✓
18	1403/6/28	69.00	70.57	21	10.24	0.22	2.23-	✓

Laboratory Name: رصد

AST - U/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - AST..

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

Included Runs: 19

Total Bias% : 1.00


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	20.00	21.37	23	16.58	0.39	6.39-	✓
2	1403/3/9	23.00	24.76	30	12.96	0.55	7.10-	✓
3	1403/3/16	22.00	24.01	24	16.37	0.51	8.38-	✓
4	1403/3/23	31.00	36.63	30	23.38	0.66	15.38-	✓
5	1403/3/30	21.00	22.16	31	10.99	0.48	5.25-	✓
6	1403/4/6	25.00	26.43	28	14.54	0.37	5.41-	✓
7	1403/4/13	23.00	24.84	28	11.81	0.63	7.40-	✓
8	1403/4/20	24.00	25.62	35	15.08	0.42	6.31-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	23.00	21.94	29	13.55	0.35	4.81	✓
11	1403/5/10	40.00	35.25	24	18.20	0.74	13.48	✓
12	1403/5/17	25.00	23.59	32	10.09	0.59	5.98	✓
13	1403/5/24	24.00	22.71	34	10.70	0.53	5.69	✓
14	1403/5/31	25.00	24.68	25	15.93	0.08	1.30	✓
15	1403/6/7	21.00	21.30	26	10.36	0.14	1.41-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	33.00	31.31	26	15.98	0.34	5.41	✓
18	1403/6/28	32.00	26.56	25	10.54	1.94	20.46	✓

Laboratory Name: رصد

Bili-T - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Bili-T...

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

Included Runs: 19

Total Bias% : 0.10


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	0.79	0.49	21	31.01	1.96	60.77	✓
2	1403/3/9	0.80	0.59	29	31.32	1.14	35.66	✓
3	1403/3/16	1.01	0.71	21	25.78	1.60	41.30	✓
4	1403/3/23	1.00	1.17	27	26.00	0.56	14.58-	✓
5	1403/3/30	0.67	0.66	29	19.97	0.09	1.73	✓
6	1403/4/6	0.64	0.73	29	20.15	0.63	12.62-	✓
7	1403/4/13	0.99	0.91	27	14.93	0.58	8.71	✓
8	1403/4/20	0.66	0.76	27	15.84	0.84	13.24-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	0.31	0.51	28	31.31	1.25	39.00-	✓
11	1403/5/10	0.37	0.55	26	23.80	1.35	32.11-	✓
12	1403/5/17	0.58	0.62	28	19.76	0.29	5.75-	✓
13	1403/5/24	0.53	0.61	34	25.91	0.49	12.70-	✓
14	1403/5/31	1.81	0.91	22	25.75	3.86	99.49	✓
15	1403/6/7	0.62	0.66	26	17.27	0.32	5.52-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						✗
17	1403/6/21	0.45	0.50	26	29.28	0.36	10.63-	✓
18	1403/6/28	0.75	0.79	27	24.16	0.22	5.42-	✓

Laboratory Name: رصد

Ca - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Ca..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -1.20

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	9.20	9.52	22	4.08	0.81	3.32-	✓
2	1403/3/9	9.10	9.41	33	4.22	0.78	3.28-	✓
3	1403/3/16	9.10	9.43	22	2.43	1.42	3.46-	✓
4	1403/3/23	9.50	9.70	29	3.41	0.62	2.10-	✓
5	1403/3/30	9.10	9.36	30	3.55	0.78	2.76-	✓
6	1403/4/6	9.20	9.38	28	3.59	0.54	1.92-	✓
7	1403/4/13	9.20	9.38	27	3.33	0.57	1.91-	✓
8	1403/4/20	9.20	9.52	35	2.49	1.37	3.40-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	9.20	9.52	30	3.34	0.99	3.32-	✓
11	1403/5/10	9.90	9.51	30	3.00	1.37	4.10	✓
12	1403/5/17	9.50	9.51	29	2.64	0.02	0.06-	✓
13	1403/5/24	9.10	9.46	35	4.86	0.79	3.83-	✓
14	1403/5/31	8.80	9.38	25	4.13	1.51	6.23-	✓
15	1403/6/7	8.90	9.45	28	4.08	1.42	5.79-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	10.10	9.69	27	4.55	0.93	4.23	✓
18	1403/6/28	10.40	9.65	26	3.69	2.09	7.72	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

✓

صحه گذاری.روش

✓

صحه گذاری.روش

🧪

پانل آزمایشگاه

➡


خروج

Laboratory Name: رصد

Chol - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Chol.,

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -1.05

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	183.00	183.68	23	5.85	0.06	0.37-	✓
2	1403/3/9	179.00	175.06	31	4.42	0.51	2.25	✓
3	1403/3/16	163.00	162.86	24	5.52	0.02	0.08	✓
4	1403/3/23	179.00	180.19	30	4.97	0.13	0.66-	✓
5	1403/3/30	188.00	187.25	32	5.02	0.08	0.40	✓
6	1403/4/6	183.00	180.17	28	3.91	0.40	1.57	✓
7	1403/4/13	175.00	172.55	28	3.91	0.36	1.42	✓
8	1403/4/20	177.00	180.29	30	2.49	0.73	1.82-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	174.00	180.24	26	4.44	0.78	3.46-	✓
11	1403/5/10	186.00	182.65	31	5.43	0.34	1.84	✓
12	1403/5/17	179.00	184.52	30	3.60	0.83	2.99-	✓
13	1403/5/24	172.00	177.60	36	4.87	0.65	3.15-	✓
14	1403/5/31	154.00	179.75	23	4.37	3.27	14.33-	✓
15	1403/6/7	170.00	177.66	27	3.94	1.09	4.31-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	175.00	177.17	27	5.30	0.23	1.23-	✓
18	1403/6/28	183.00	183.57	26	5.35	0.06	0.31-	✓


اقدام اصلاحی

Laboratory Name: رصد

Creat - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Creat..

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

Included Runs: 19

Total Bias% : 6.92


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	1.05	0.96	24	10.15	0.98	9.90	✓
2	1403/3/9	1.11	0.97	33	8.12	1.83	14.86	✓
3	1403/3/16	1.09	0.97	22	8.12	1.51	12.27	✓
4	1403/3/23	1.37	1.19	30	9.42	1.57	14.77	✓
5	1403/3/30	1.09	0.95	32	7.35	2.07	15.23	✓
6	1403/4/6	1.17	1.00	25	5.18	3.33	17.28	✓
7	1403/4/13	1.22	1.01	27	9.51	2.23	21.19	✓
8	1403/4/20	1.16	1.10	36	8.45	0.69	5.83	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	1.12	1.03	30	9.84	0.85	8.32	✓
11	1403/5/10	0.98	0.93	32	10.45	0.48	5.03	✓
12	1403/5/17	1.05	0.96	36	8.38	1.10	9.18	✓
13	1403/5/24	1.04	0.99	35	7.41	0.74	5.48	✓
14	1403/5/31	1.08	1.03	24	7.41	0.72	5.32	✓
15	1403/6/7	1.07	1.00	28	7.53	0.95	7.15	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	1.18	1.09	26	7.25	1.17	8.49	✓
18	1403/6/28	1.28	1.14	29	7.63	1.66	12.69	✓

Laboratory Name: رصد

Fe - µg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Fe..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -6.49

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	70.00	83.62	23	11.23	1.45	16.29-	✓
2	1403/3/9	78.00	84.82	30	8.26	0.97	8.04-	✓
3	1403/3/16	59.00	73.60	23	12.09	1.64	19.83-	✓
4	1403/3/23	46.00	59.20	26	11.49	1.94	22.30-	✓
5	1403/3/30	101.00	108.28	29	7.17	0.94	6.72-	✓
6	1403/4/6	79.00	87.43	27	7.16	1.35	9.65-	✓
7	1403/4/13	93.00	102.67	29	12.50	0.75	9.41-	✓
8	1403/4/20	72.00	79.12	31	7.85	1.15	9.00-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	103.00	94.73	29	10.99	0.79	8.73	✓
11	1403/5/10	60.00	82.24	27	11.47	2.36	27.04-	✓
12	1403/5/17	101.00	93.06	33	9.98	0.85	8.53	✓
13	1403/5/24	82.00	97.46	32	9.11	1.74	15.86-	✓
14	1403/5/31	141.00	77.79	22	8.74	9.29	81.27	✓
15	1403/6/7	60.00	79.30	28	12.36	1.97	24.33-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	85.00	105.16	27	13.14	1.46	19.17-	✓
18	1403/6/28	49.00	79.99	27	10.94	3.54	38.74-	✓


اقدام اصلاحی

Laboratory Name: رصد

Glucose - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Glucose..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : 0.25

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	98.00	100.58	24	4.88	0.53	2.57-	✓
2	1403/3/9	95.00	95.86	33	4.94	0.18	0.90-	✓
3	1403/3/16	110.00	113.59	22	4.16	0.76	3.16-	✓
4	1403/3/23	107.00	112.59	27	3.10	1.60	4.97-	✓
5	1403/3/30	107.00	110.41	32	4.44	0.70	3.09-	✓
6	1403/4/6	105.00	104.39	28	3.88	0.15	0.58	✓
7	1403/4/13	101.00	101.15	27	4.04	0.04	0.15-	✓
8	1403/4/20	106.00	106.22	36	4.69	0.04	0.21-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	113.00	111.36	28	3.91	0.38	1.48	✓
11	1403/5/10	6.00	الودگی نمونه و خروج از آنالیز					
12	1403/5/17	112.00	107.29	34	4.25	1.03	4.39	✓
13	1403/5/24	101.00	96.76	34	3.63	1.21	4.38	✓
14	1403/5/31	110.00	100.00	24	5.32	1.88	10.00	✓
15	1403/6/7	110.00	105.37	27	3.40	1.29	4.39	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	111.00	106.23	26	4.52	0.99	4.49	✓
18	1403/6/28	106.00	112.55	26	3.15	1.85	5.82-	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Laboratory Name: رصد

Hb A1C - %

Rbio-14 - Biochemistry-General - Hb A1C..

Save

حکیمه بابایی


آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 15
- Total Bias% : -0.56


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	عدم حضور در دوره	5.08	17	Out of Range			×
2	1403/3/9	5.28	5.29	21	4.31	0.04	0.18-	✓
3	1403/3/16	عدم حضور در دوره	5.04	16	Out of Range			×
4	1403/3/23	5.11	5.24	21	6.38	0.38	2.44-	✓
5	1403/3/30	5.10	5.09	21	5.83	0.04	0.24	✓
6	1403/4/6	5.26	5.23	18	6.22	0.10	0.59	✓
7	1403/4/13	5.30	5.27	19	5.75	0.09	0.50	✓
8	1403/4/20	عدم حضور در دوره	5.31	22	Out of Range			×
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	4.99	5.22	20	6.24	0.72	4.49-	✓
11	1403/5/10	عدم برگزاری دوره						
12	1403/5/17	5.20	5.08	24	6.26	0.39	2.46	✓
13	1403/5/24	5.28	5.17	22	5.41	0.40	2.18	✓
14	1403/5/31	5.11	5.19	17	4.38	0.37	1.63-	✓
15	1403/6/7	5.25	5.19	19	4.65	0.24	1.09	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	5.06	5.24	19	5.44	0.64	3.50-	✓
18	1403/6/28	5.20	5.23	22	4.05	0.12	0.48-	✓

Laboratory Name: رصد

HDL-C - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - HDL-C...

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -6.85

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	47.00	47.54	24	11.76	0.10	1.14-	✓
2	1403/3/9	42.00	44.71	32	11.94	0.51	6.07-	✓
3	1403/3/16	43.00	45.00	24	11.64	0.38	4.44-	✓
4	1403/3/23	38.00	41.99	30	13.90	0.68	9.50-	✓
5	1403/3/30	41.00	43.25	29	10.63	0.49	5.20-	✓
6	1403/4/6	42.00	46.59	28	11.08	0.89	9.84-	✓
7	1403/4/13	39.00	41.73	27	9.09	0.72	6.54-	✓
8	1403/4/20	42.00	44.41	37	9.32	0.58	5.43-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	39.00	42.86	30	12.53	0.72	9.01-	✓
11	1403/5/10	42.00	43.93	30	10.50	0.42	4.40-	✓
12	1403/5/17	40.00	46.55	36	9.50	1.48	14.08-	✓
13	1403/5/24	41.00	47.68	33	9.17	1.53	14.01-	✓
14	1403/5/31	30.00	45.00	22	8.79	3.79	33.33-	✓
15	1403/6/7	42.00	46.23	27	6.15	1.49	9.16-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	36.00	46.88	24	6.21	3.74	23.20-	✓
18	1403/6/28	36.00	45.17	28	9.82	2.07	20.30-	✓

اقدام اصلاحی

اقدام اصلاحی

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

✓

صحه گذاری.روش

✓

صحه گذاری.روش

🧪

پانل آزمایشگاه

➡


خروج

Laboratory Name:

K - mmol/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - K...

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : -2.54

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	4.20	4.42	18	3.23	1.52	4.92-	✓
2	1403/3/9	4.20	4.41	27	2.32	2.04	4.75-	✓
3	1403/3/16	4.10	4.24	19	4.50	0.75	3.39-	✓
4	1403/3/23	عدم حضور در دوره	4.13	22	Out of Range			✗
5	1403/3/30	4.40	4.36	24	3.36	0.30	1.01	✓
6	1403/4/6	4.00	4.22	23	2.77	1.85	5.12-	✓
7	1403/4/13	4.19	4.36	23	2.33	1.71	3.98-	✓
8	1403/4/20	3.95	4.11	27	4.00	0.95	3.79-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	4.25	4.51	24	4.92	1.16	5.69-	✓
11	1403/5/10	4.23	4.42	25	4.40	0.99	4.37-	✓
12	1403/5/17	4.10	4.37	33	4.22	1.48	6.26-	✓
13	1403/5/24	4.00	4.24	28	3.41	1.67	5.71-	✓
14	1403/5/31	3.90	4.08	22	4.50	0.97	4.37-	✓
15	1403/6/7	4.00	4.21	23	3.09	1.59	4.92-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	4.70	4.64	22	3.56	0.34	1.19	✓
18	1403/6/28	4.31	4.41	23	3.94	0.60	2.36-	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

✓

صحه گذاری.روش

✓

صحه گذاری.روش

🧪

پانل آزمایشگاه

➡


خروج

Laboratory Name: رصد

LDH - U/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - LDH..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -4.28

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	257.00	261.35	20	5.24	0.32	1.66-	✓
2	1403/3/9	267.00	275.93	28	6.08	0.53	3.24-	✓
3	1403/3/16	261.00	274.37	21	6.21	0.78	4.87-	✓
4	1403/3/23	269.00	283.58	26	4.57	1.13	5.14-	✓
5	1403/3/30	255.00	278.37	28	7.48	1.12	8.40-	✓
6	1403/4/6	239.00	261.15	27	6.00	1.41	8.48-	✓
7	1403/4/13	257.00	260.24	25	6.42	0.19	1.25-	✓
8	1403/4/20	240.00	255.40	31	4.62	1.30	6.03-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	242.00	259.40	25	6.46	1.04	6.71-	✓
11	1403/5/10	245.00	260.30	28	5.49	1.07	5.88-	✓
12	1403/5/17	257.00	281.11	31	5.59	1.54	8.58-	✓
13	1403/5/24	267.00	281.38	28	4.47	1.14	5.11-	✓
14	1403/5/31	247.00	262.08	25	6.23	0.92	5.75-	✓
15	1403/6/7	262.00	281.25	28	7.17	0.96	6.84-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	244.00	287.68	25	6.67	2.28	15.18-	✓
18	1403/6/28	236.00	268.18	26	9.38	1.28	12.00-	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه


خروج

Laboratory Name: رصد

LDL-C - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - LDL-C...

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : -6.89

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	90.00	99.74	17	4.99	1.96	9.77-	✓
2	1403/3/9	92.00	96.91	22	4.97	1.02	5.07-	✓
3	1403/3/16	77.00	86.41	19	7.69	1.42	10.89-	✓
4	1403/3/23	98.00	105.18	25	7.75	0.88	6.82-	✓
5	1403/3/30	96.00	105.43	26	8.92	1.00	8.94-	✓
6	1403/4/6	96.00	102.45	23	8.70	0.72	6.30-	✓
7	1403/4/13	91.00	96.57	21	7.56	0.76	5.77-	✓
8	1403/4/20	95.00	102.10	25	4.47	1.56	6.95-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	90.00	99.96	23	7.67	1.30	9.96-	✓
11	1403/5/10	93.00	102.01	23	10.57	0.84	8.84-	✓
12	1403/5/17	91.00	101.43	25	5.61	1.83	10.28-	✓
13	1403/5/24	87.00	100.01	28	7.73	1.68	13.01-	✓
14	1403/5/31	84.00	102.95	20	12.61	1.46	18.41-	✓
15	1403/6/7	90.00	101.05	20	5.71	1.91	10.94-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	81.00	103.19	21	4.25	5.06	21.50-	✓
18	1403/6/28	85.00	105.44	21	5.45	3.56	19.39-	✓

اقدام اصلاحی


اقدام اصلاحی

Laboratory Name: رصد

Lipase - U/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - Lipase,,

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : -7.98

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	29.00	40.63	8	26.77	1.07	28.62-	✓
2	1403/3/9	30.00	28.78	13	21.35	0.20	4.22	✓
3	1403/3/16	25.00	34.22	13	31.53	0.85	26.94-	✓
4	1403/3/23	33.00	30.36	12	21.26	0.41	8.70	✓
5	1403/3/30	35.00	34.45	15	25.57	0.06	1.61	✓
6	1403/4/6	34.00	34.38	13	15.55	0.07	1.12-	✓
7	1403/4/13	32.00	36.73	14	29.35	0.44	12.87-	✓
8	1403/4/20	32.00	33.13	17	15.36	0.22	3.41-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	26.00	28.47	15	21.20	0.41	8.67-	✓
11	1403/5/10	32.00	31.08	12	14.87	0.20	2.95	✓
12	1403/5/17	32.00	33.82	17	26.31	0.20	5.37-	✓
13	1403/5/24	31.00	32.39	18	17.63	0.24	4.29-	✓
14	1403/5/31	26.00	37.25	12	21.33	1.42	30.20-	✓
15	1403/6/7	26.00	الودگی نمونه وخروج از آنالیز					
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	31.00	40.88	13	21.01	1.15	24.16-	✓
18	1403/6/28	30.00	39.61	13	19.69	1.23	24.26-	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

✓

صحه گذاری.روش

✓

صحه گذاری.روش

🧪

پانل آزمایشگاه

➡


خروج

Laboratory Name: رصد

Mg - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Mg..

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : 0.70


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	2.10	2.05	21	5.70	0.42	2.37	✓
2	1403/3/9	2.18	2.10	29	7.87	0.46	3.59	✓
3	1403/3/16	2.20	2.10	23	7.88	0.63	4.94	✓
4	1403/3/23	2.22	2.14	25	6.30	0.61	3.85	✓
5	1403/3/30	2.22	2.07	32	9.03	0.83	7.49	✓
6	1403/4/6	2.19	2.11	26	7.24	0.56	4.02	✓
7	1403/4/13	2.28	2.08	25	5.79	1.70	9.83	✓
8	1403/4/20	2.11	2.12	35	7.36	0.07	0.49-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	2.07	2.07	24	5.32	0.05	0.24	✓
11	1403/5/10	2.16	2.09	31	6.16	0.57	3.51	✓
12	1403/5/17	2.02	2.11	36	8.72	0.48	4.19-	✓
13	1403/5/24	2.06	2.09	33	6.33	0.23	1.45-	✓
14	1403/5/31	2.11	2.07	23	5.19	0.33	1.70	✓
15	1403/6/7	2.03	2.09	24	3.70	0.76	2.83-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	2.38	2.20	25	7.26	1.14	8.24	✓
18	1403/6/28	2.10	2.17	26	6.50	0.49	3.16-	✓

Laboratory Name: رصد

Na - mmol/L

Rbio-14 - Biochemistry-General - Na.,

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : -0.03


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	140.00	138.58	16	1.38	0.74	1.03	✓
2	1403/3/9	138.50	139.87	27	1.41	0.70	0.98-	✓
3	1403/3/16	140.00	139.10	17	1.26	0.51	0.65	✓
4	1403/3/23	عدم حضور در دوره	141.07	20	Out of Range			✗
5	1403/3/30	140.00	140.35	22	1.46	0.17	0.25-	✓
6	1403/4/6	140.00	141.05	23	1.78	0.42	0.74-	✓
7	1403/4/13	138.60	140.27	24	1.76	0.68	1.19-	✓
8	1403/4/20	142.00	140.45	27	1.74	0.63	1.10	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	141.00	140.61	23	1.79	0.15	0.28	✓
11	1403/5/10	141.00	140.62	25	1.46	0.18	0.27	✓
12	1403/5/17	141.00	141.09	33	1.70	0.04	0.06-	✓
13	1403/5/24	138.80	141.03	28	1.45	1.09	1.58-	✓
14	1403/5/31	141.60	139.18	20	1.75	0.99	1.74	✓
15	1403/6/7	140.60	140.48	23	1.50	0.06	0.09	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	144.70	143.75	24	1.98	0.34	0.66	✓
18	1403/6/28	144.50	144.31	21	1.91	0.07	0.13	✓

Laboratory Name: رصد

P - mg/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - P.,

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

Included Runs: 19

Total Bias% : -1.15


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	4.40	3.84	22	9.90	1.49	14.73	✓
2	1403/3/9	3.90	3.66	30	8.73	0.75	6.58	✓
3	1403/3/16	4.20	3.88	23	8.40	0.98	8.21	✓
4	1403/3/23	4.30	3.92	27	6.25	1.54	9.63	✓
5	1403/3/30	4.00	3.77	30	5.39	1.15	6.21	✓
6	1403/4/6	3.80	3.76	28	8.27	0.13	1.10	✓
7	1403/4/13	3.60	3.62	28	7.28	0.08	0.61-	✓
8	1403/4/20	3.50	3.57	34	5.52	0.34	1.89-	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	3.90	3.97	28	6.37	0.28	1.80-	✓
11	1403/5/10	4.10	4.22	29	6.27	0.44	2.79-	✓
12	1403/5/17	3.50	3.71	34	6.50	0.86	5.56-	✓
13	1403/5/24	3.50	3.83	35	9.13	0.96	8.73-	✓
14	1403/5/31	3.50	3.88	24	7.73	1.25	9.69-	✓
15	1403/6/7	3.30	3.82	27	7.22	1.89	13.64-	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						✗
17	1403/6/21	3.60	4.02	26	9.17	1.13	10.40-	✓
18	1403/6/28	3.60	4.01	26	5.62	1.83	10.28-	✓

Laboratory Name: رصد

Total Protein-Serum - g/dL

Rbio-14 - Biochemistry-General - Total Protein-Serum,,

Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 19
- Total Bias% : 3.08

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/3/2	7.20	6.89	17	2.54	1.79	4.55	✓
2	1403/3/9	7.50	7.07	24	5.70	1.06	6.01	✓
3	1403/3/16	7.20	7.09	19	4.88	0.31	1.50	✓
4	1403/3/23	7.80	7.47	23	5.94	0.74	4.42	✓
5	1403/3/30	7.40	7.11	29	6.24	0.65	4.04	✓
6	1403/4/6	7.60	7.20	23	7.32	0.76	5.55	✓
7	1403/4/13	7.70	7.25	24	7.77	0.80	6.18	✓
8	1403/4/20	7.60	7.28	24	3.93	1.12	4.40	✓
9	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
10	1403/5/3	7.50	7.25	23	4.84	0.70	3.41	✓
11	1403/5/10	7.50	7.26	24	4.99	0.65	3.25	✓
12	1403/5/17	7.60	7.14	24	4.64	1.40	6.52	✓
13	1403/5/24	7.60	7.32	28	4.73	0.80	3.78	✓
14	1403/5/31	7.00	7.13	22	4.41	0.42	1.83-	✓
15	1403/6/7	7.50	7.17	23	3.56	1.28	4.55	✓
16	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
17	1403/6/21	7.50	7.30	20	3.58	0.77	2.76	✓
18	1403/6/28	7.60	7.32	22	4.31	0.90	3.88	✓

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

✓

✓

✓

➔

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج